

Pumpestart- dokument

med CGM



Takk for at du har valgt Animas insulinpumpe med CGM

Vi håper du blir fornøyd med din nye pumpe. Rubin Medical AS ønsker å være den tryggeste partner innenfor insulinpumpebehandling, og har derfor personlig akutt teknisk pumpeupport døgnet rundt alle dager på telefon:

480 80 830



Pumpefunksjoner og sjekkliste – starte kontinuerlige glukosemåling (CGM)

For at du skal få god informasjon om CGM er det viktig å få korrekt informasjon. Det er ditt ansvar som bruker å bruke pumpen på korrekt måte. Vi har derfor laget en sjekkliste som skal hjelpe deg å kontrollere at du har fått tilstrekkelig og nødvendig informasjon. Les gjerne gjennom og still spørsmål ved oppstart. Kryss av etter hvert som de ulike punktene gjennomgås. Merk at noe av informasjonen kan du ha fått ved ulike tilfeller og tidspunkter.

Introduksjon	CGM	Øvrig informasjon
<p>Forstå CGM</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Trendinstrument<input type="checkbox"/> Erstatte ikke BS*-måler<input type="checkbox"/> Viser retning og hastighet<input type="checkbox"/> Doser og dosejustering etter BS målt i fingertupp <p>Begynne med CGM</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ta sender ut av forpakning<input type="checkbox"/> Skriv ned dagens dato<input type="checkbox"/> Registrere sender<input type="checkbox"/> Spare kartongen <p>Programmering</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Stille inn advarsler<input type="checkbox"/> Høyt og lavt BS*<input type="checkbox"/> Stigningshastighet<input type="checkbox"/> Fallhastighet<input type="checkbox"/> Utenfor området<input type="checkbox"/> Fast alarm 3,1mmol/L <p>Applisere Sensor</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Spar forpakningen (rekl.)<input type="checkbox"/> Horisontalt<input type="checkbox"/> Magen (underhudsfett)<input type="checkbox"/> Rengjør huden<input type="checkbox"/> Barber ved behov<input type="checkbox"/> 7 cm i fra infusjonssett <p>Grunnleggende funksjoner</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Hurtigtast til CGM<input type="checkbox"/> Start måleperiode/økt<input type="checkbox"/> Oppstart på 2 timer<input type="checkbox"/> Angi 2 blodsukker for å starte	<p>Kalibrering = BS test</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ved oppstart – 2 stk<input type="checkbox"/> Hver 12. time<input type="checkbox"/> Når som helst<input type="checkbox"/> Mellom 2,2 – 22,2 mmol/L<input type="checkbox"/> BS for Ez Carb - OK <p>CGM Trend</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> BS i konstant i bevegelse<input type="checkbox"/> Piler<input type="checkbox"/> CGM data aktuell tid<input type="checkbox"/> Diagram 1,3,6,12 og 24<input type="checkbox"/> Fargekodet<ul style="list-style-type: none">- Rød- Grønn- Blå <p>Avslutte måleperiode</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Automatisk etter 7 døgn<input type="checkbox"/> Advarsel 6-, 2-tim og 30 min<input type="checkbox"/> Bekrefte avslutning<input type="checkbox"/> Velg Start/Stopp i CGM-menyen<ul style="list-style-type: none">- Velg avbryt <p>Ta bort sensoren/senderen</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Løsne teipen fra kroppen, Dra/ta bort "hele" sensor/sender<input type="checkbox"/> Løsne ikke sender når sensor sitter på kroppen<input type="checkbox"/> Løsne sender fra sensor-platen med sikkerhetslåsen<input type="checkbox"/> Kast IKKE sender! Flergangsbruk – 6 måneders garanti	<p>Advarsel og alarm</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Insulinlevering påvirkes ikke av advarsler og alarmer<input type="checkbox"/> Fast sikkerhetsalarm ved 3,1mmol/L kan ikke deaktiveres. <p>CGM- Historikk</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Kun i måleperioden<input type="checkbox"/> Siste kalibrering<input type="checkbox"/> CGM advarsler <p>Kalibrere slik</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Vask hendene<input type="checkbox"/> Bruk samme BS-måler<input type="checkbox"/> Kalibrert måler<input type="checkbox"/> Test fra fingertoppen <p>Kalibrer ikke</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ANT eller ???<input type="checkbox"/> Om BG > 22,2 eller < 2,2<input type="checkbox"/> Ikke alternative stikkesteder <p>Kontraindikasjon</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Paracetamol (alle doser) Bruk f eks ibuprofen<input type="checkbox"/> MR (magnetresonanskamera)

* BS = blodsukker

I henhold til loven plikter vi å ha mulighet til å spore våre produkter. Det innebærer at vi må kunne nå deg med viktig informasjon om det skulle behøves. Vi ber deg derfor om å hjelpe oss ved å fylle inn opplysningene under.

Det utfylte dokumentet kan leveres direkte til vår representant, eller til diabetessykepleieren slik at det kan fakses/sendes til oss.

Obligatoriske opplysninger

Pumpens serienummer: _____ Pumpe startdato: _____

Sender ID: _____ CGM startdato: _____

Pumpebrukers navn: _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ Sted: _____ Tlf: _____

E-post: _____

Frivillige opplysninger

Hvilket sykehus tilhører du? _____

Hva heter din lege/diabetessykepleier? _____

Vil du ha nyhetsbrev via e-post? **Ja** **Nei**

Har du bruktpumpe tidligere? **Ja** **Nei**

Hvis **JA**, hvilken modell og merke? _____

Har du brukt CGM tidligere? **Ja** **Nei**

Hvis **JA**, hvilken modell og merke? _____

Vennligst skriv under på at du har mottatt informasjonen som finnes på sjekklisten på forrige side.

Pumpebrukers signatur: _____ (Alt. foresattes signatur)